


ジャカビ®内用液 小児用0.5% について

お薬の使用前に必ずお読みください

このお薬について

- ジャカビ内用液小児用0.5% (以下、ジャカビ内用液) のご使用前に、正しい投与方法や取り扱いについて、主治医や看護師、薬剤師からの説明を聞き、この「ジャカビ内用液小児用0.5%について」をよく読んでください。
- ジャカビ内用液の使用についてわからないことがある場合は、主治医や看護師、薬剤師にお問い合わせください。

内容物について



使用上の注意

- お子さまご自身での投与はできません。
- 瓶は、包装が破損していたり、使用期限を過ぎていたら使用しないでください。
- シリンジは、破損していたり、目盛がかすれていたら使用しないでください。
- シリンジの使用後は、正しい洗浄方法に従って洗浄してください。
- シリンジは複数の患者さんで使いまわさないでください。
- 瓶を交換するごとに、必ず新しいシリンジに交換してください。
- お薬が皮膚に付着した場合は、すぐに石けん水でよく洗い流してください。
- お薬が目に入った場合は、すぐに水でよく洗い流してください。

シリンジの洗浄方法

- 1 コップに水を入れます。
※熱湯は使用しないでください。




- 2 シリンジの先を水の中に入れます。プランジャーを引いたり押し出したりして、4～5回出し入れします。



- 3 プランジャーをシリンジから取り外します。コップ、プランジャー、シリンジを水ですすぎます。



- 4 乾燥している所にプランジャーとシリンジを置き、乾燥させます。
※シリンジは、キッチン用品とは別に保管してください。
※食器洗浄機や食器乾燥機は使用しないでください。
※次に使用するまで十分に乾かしてください。



保管上の注意

- お子さまの目の届かない所に保管してください。
- | | |
|-------------|---|
| ジャカビ内用液 (瓶) | <ul style="list-style-type: none"> ● キャップをしっかりと閉め、冷蔵庫 (2～8℃) に立てて保管してください。 ● 凍らせないでください。 ● 使用期限にかかわらず、開封後60日を過ぎたお薬は使用しないでください。 |
| シリンジ | <ul style="list-style-type: none"> ● 室温で乾燥した清潔な場所で保管してください。40℃以上になる場所には保存しないでください。 |

廃棄方法

- 空瓶、シリンジの廃棄方法は、お住まいの各自治体のルールに従い廃棄してください。
- 使用期限が切れたり、使用しなくなったお薬は、ご自身の判断で処分しないでください。
- ご不明な点があれば、薬局や医療機関にご相談ください。

連絡先 (医療機関・薬局)

ジャカビ[®]内用液 小児用0.5% の投与方法

お子さまの投与量は **1回**

mLを1日2回です。

投与間隔は、12時間ごとを目安にしてください

Step 1 投与の準備


① 手を洗い乾かします。



② 瓶が未開封であることを確認し、使用期限を確認します。

※初回開封時は、キャップから未開封リングが外れていないか確認してください。

※使用期限や開封後60日を過ぎたものは使用しないでください。



③ 開封前に瓶を振ります。瓶の安全キャップを押し下げ、反時計回りに回して取り外します。



Step 2 アダプターを取り付ける (瓶の初回開封時のみ*)


※アダプターを取り付けた後は、こちらの手順は必要ありません

瓶を平らな場所に置き、しっかりと持ちます。

もう一方の手で、親指または手のひらでアダプターを瓶に差し込みます。

※この時、強い力が必要になる場合がありますが、完全に挿入されるまで強く押ししてください。

※アダプターが正しく取り付けられると、瓶と同じ高さになります。




Step 3 内用液をはかる

① シリンジを用意します。シリンジのプランジャー（押し子）を押し込み、中の空気を出します。




② シリンジの先端を瓶のアダプターの開口部に差し込みます。シリンジがしっかりと装着されていることを確認します。




③ 瓶を逆さにして、プランジャーを引き下げ、お薬を抜き取ります。プランジャーの先の黒いストッパーの内側が、指示された用量の目盛の位置になるよう調整します。

※小さい気泡が入ることがありますが、問題ありません。




④ アダプターにシリンジを差し込んだまま、瓶の向きをもとに戻します。シリンジを慎重に引き上げて、瓶から取り外します。



⑤ 正しい投与量が計量できたか再度確認します。お薬が正しく計量できていない場合は、Step 3、手順②に戻り計量しなおします。


※投与量は、イラストに表示されている量と異なります。




Step 4 お子さまへ投与する

① お薬の投与は、お子さまがまっすぐ座っているか、立っている状態で行います。シリンジの先端をお子さまの口の中に入れ、頬の内側につけます。シリンジからお薬をゆっくりと押し出します。

※喉の奥までシリンジを入れたり、プランジャーを強く押ししたりして、喉に直接お薬をあてないでください。
※飲み物は、お薬を飲み込んだあとに飲ませることができます。



② シリンジにお薬が残っていないことを確認します。
※シリンジ内にお薬が残らないよう投与してください。



Step 5 片づける

アダプターは取り外す必要はありません。安全キャップを瓶に戻し、時計回りに回して閉めます。キャップが瓶にしっかりと取り付けられていることを確認します。

